





ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USE

The EXOS 4 Finger support is intended for patients requiring immobilization and rest of the hand and four fingers. The EXOS four finger support, is customizable and provides, both high support and protection for the hand and four fingers.

CONTRAINDICATIONS

Patients with known allergies to foams, adhesives, or plastic products.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Instruction for wearing, opening, closing or removing the brace should be provided by a healthcare professional.

- Brace should be applied by a qualified healthcare professional.
- Do not heat brace on the body.
- Check to make sure brace is not too hot prior to application.
- Brace should be appropriately sized to the patient to ensure proper support and function.
- Care should be taken with patients with delicate or compromised skin, especially the elderly; not to apply the brace too tightly, which MAY cause pressure and shear to the fragile tissue. PATIENTS SHOULD BE INSTRUCTED ON APPROPRIATE TENSIONING DURING TENSIONING OF THE under sleeve or stockinette may be used for added protection.
- Do not heat Exos® products to greater than 22°F (100°C).
- If brace does not fit properly, or is irritating, it may be referred and adjusted by a healthcare professional.
- If patient experiences pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions to the brace, immediately remove brace, consult a healthcare professional immediately.
- Patient should be instructed to check for breaks and cracks and informed to see a healthcare professional for a replacement.
- Patient should be instructed on proper cleaning and drying instructions (see Patient Cleaning Instructions below).
- Patient should be instructed not to expose brace to heat over 130°F (55°C) as the brace may soften and lose its desired shape.
- Patient should be instructed not to expose brace to moisturizers, chemicals, or solvents, as they may affect durability.
- If the brace is applied with a Locking Ring, the patient must not get brace wet.

OPERATING EXOS® LACING SYSTEM:

To Loosen Boa®:

Lift Boa® Knob. (Figure 1) + Pull Tab. (Figure 2)

To Close and Tighten Boa®:

Push Boa® Knob down. (Figure 1) + Turn Boa® Knob clockwise. (Figure 3)

Boa® Knob must be in the down locked position when wearing brace.

HEATING AND APPLICATION:

Open and unlatch brace. (Figure 4)

Note: Larger braces are packaged with the finger sections folded lengthwise. Do not unfold fingers until the brace has been fully heated.

- Proper heating temperature is 200°F (93°C).
- Heat brace in Exos recommended oven approximately 5 minutes or until brace is pliable. Brace should not be too hot to handle comfortably.
- Ensure that skin is completely dry before application.
- Fit brace on patient. (Figure 5)
- Remove slack in lace by tightening Boa® Knob.

Caution: Do not tighten brace fully until brace has returned to room temperature otherwise indentations in plastic may occur.

- Mold brace into desired position. (Figure 6)
- Hook-and-loop fastener straps should be secured in the desired position.
- Check to make sure the Boa® Knob may be tightened to desired tension.

Warning: The brace should not be worn too tightly. This may produce excessive mechanical force or shear forces to the skin. (Figure 7)

PATIENT CLEANING AND STORAGE INSTRUCTIONS:

- Loosen or remove the brace as instructed by the healthcare professional. The brace may be washed or worn while swimming or bathing, only if the healthcare professional allows the patient to loosen or remove the brace.
- If not, the patient cannot get the brace and skin wet.



- Hand wash inside and outside of brace and skin with antibacterial soap and water (86°F-100°C). (Figure 8)
- Rinse thoroughly with water.

NOTE: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation, and could deteriorate material.

- Use a hair dryer set on high volume and cool setting to thoroughly dry the interior of the brace and skin. (Figure 9) It is imperative that the inside surfaces of the brace and the patient's skin underneath are completely dry after swimming or bathing. A clean and dry environment inside the brace will help maintain healthy skin and reduce odor and skin issues.
- Retighten the brace. (Figure 10)* Braces are meant to be worn while sleeping and at home and not tight to the skin. A little wiggle room inside an Exos® Brace promotes air circulation and helps maintain healthy skin. An over-tightened brace creates "shear" or pressure on the skin during motion, and can result in irritation, rash, odor, or skin issues. Wearing the brace too loose will reduce support and may compromise healing.



- Laver à la main l'intérieur et l'extérieur de l'attelle ainsi que la peau à l'eau (30 °C) et au savon antibactérien. (Figure 8)
- Rincer soigneusement à l'eau.

REMARQUE : si le produit n'est pas suffisamment rincé, les résidus de savon peuvent provoquer des irritations et endommager le matériau.

- Utiliser un sèche-cheveux réglé sur un souffle puissant et froid pour sécher soigneusement l'intérieur de l'attelle et la peau. (Figure 9) Il est impératif que la surface interne de l'attelle et la peau en-dessous soient complètement séchées après avoir été dans l'eau. La propreté et l'environnement sec à l'intérieur de l'attelle permettront de garder une peau saine et de limiter les odeurs et les problèmes cutanés.
- Desserrer l'attelle. (Figure 10) Les attelles EXOS® sont supposées exercer une légère pression, sans serrer la peau. Prévoir un peu d'espace à l'intérieur d'une attelle EXOS® facilite la circulation de l'air et permet de garder la peau saine et saine. Une attelle trop serrée entraîne des cisaillements ou des pressions sur la peau pendant les mouvements et peut provoquer des irritations, des rougeurs, des odeurs ou des problèmes cutanés. Porter une attelle desserrée réduit le maintien et peut compromettre la guérison.

COMPOSITION DES MATÉRIAUX

Mousse EVA, élastanne, nylon, terpolymère, polyester, acier, résine nylon 6/6, traitement antimicrobien, polycarbonate, élastomère thermoplastique, polyoxyméthylène.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

CHAMP D'APPLICATIONS

L'attelle EXOS 4 Doigts est concue pour les patients requérant une immobilisation et mise au repos de la main et des 4 doigts longs. L'attelle EXOS 4 Doigts est thermoformable et procure sauteur rigide et protection pour la main et les doigts.

CONTRE-INDICATIONS

Patients présentant des allergies connues aux mousses, adhésifs ou produits en plastique.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Un professionnel de santé doit fournir des instructions concernant le port, l'ouverture, la fermeture ou le retrait de l'attelle.

- L'attelle doit être placée par un professionnel de santé qualifié.
- Ne pas faire chauffer l'attelle sur le corps du patient.
- S'assurer que l'attelle n'est pas trop chaude avant de la mettre en place sur le patient.
- La taille de l'attelle doit être bien adaptée au patient pour assurer un bon maintien et un bon fonctionnement.
- Une précaution particulière est requise pour les patients à la peau délicate ou abîmée, particulièrement les personnes âgées. L'attelle ne doit pas être trop serrée; car elle pourrait appliquer trop de pression et cisailler les peaux fragiles. Il convient d'informer les patients comment bien la tensionner à appliquer sur l'attelle pendant les périodes d'utilisation continue. Une housse manche ou un tricot peuvent être utilisés pour augmenter la protection.
- Ne pas faire chauffer les produits Exos® à une température supérieure à 100 °C.
- Si l'attelle est mal placée ou provoque des irritations, elle peut être renformée et ajustée par un professionnel de santé.
- En cas de douleur, de gonflement, de modifications des perceptions sensorielles ou de toute autre réaction inhabituelle lors de l'utilisation de ce produit, consulter immédiatement un professionnel de santé.
- Il convient de demander au patient d'inspecter le produit afin de détecter les éventuelles fissures ou brèches, et d'informer un professionnel de santé pour obtenir un remplacement du produit.
- Il convient d'informer le patient sur les méthodes de nettoyage et de séchage appropriées (voir les instructions de nettoyage pour le patient ci-dessous).
- Il convient de demander au patient de ne pas exposer l'attelle à des températures supérieures à 55 °C, par celle-ci pourrait s'assouplir et perdre sa forme.
- Il convient de demander au patient de ne pas exposer l'attelle à des hydratants, des produits chimiques ou des solvants, ce qui peut risquer d'affecter sa durabilité.
- Si l'attelle est mise en place avec un anneau de verrouillage, le patient ne doit pas mouiller l'attelle.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE LAÇAGE BOA® :

Pour desserrer le système Boa®:

Soulever le bouton Boa® (Figure 1) + Tirer sur la languette. (Figure 2)

Pour fermer et serrer le système Boa®:

Pousser la poignée Boa® vers le bas. (Figure 1) + Tourner la poignée Boa® dans le sens des aiguilles d'une montre. (Figure 3)

La poignée Boa® doit être en position verrouillée lorsque l'attelle est portée.

CHAUFFE ET APPLICATION :

Ouvrir et déplier l'orthèse. (Figure 4)

Remarque : Les attelles de plus grande taille sont emballées de telle sorte que les sections des doigts sont pliées dans le sens de la longueur. Ne pas déplier les doigts jusqu'à ce que l'orthèse soit entièrement chauffée.

- La bonne température est de 93 °C.
- Une fois l'attelle refroidie et durcie, le jeune Boa® peut être resserré jusqu'à l'attelle puisse être plaquée. L'attelle ne devrait pas être trop chaude. Il faut pouvoir la manier confortablement.
- S'assurer que la peau est entièrement sèche avant application.
- Placer l'attelle sur le patient. (Figure 5)
- Ajuster la poignée Boa® en la serrant. Il ne devrait pas y avoir de jeu.

Attention : Ne pas trop serrer l'attelle avant qu'elle n'ait atteint la température ambiante. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager le plastique.

- Mouler l'attelle sur la main jusqu'à obtention de la position souhaitée. (Figure 6)
- Ajuster les sangles auto-agrippantes jusqu'à obtention de la position souhaitée.
- Une fois l'attelle refroidie et durcie, le jeune Boa® peut être resserré jusqu'à obtention de la tension souhaitée.

Avertissement: L'attelle ne doit pas être trop serrée. Cela pourrait appliquer une force mécanique excessive ou provoquer des cisaillements sur la peau. (Figure 7)

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET DE STOCKAGE POUR LE PATIENT :

- Desserrer ou retirer l'attelle selon les consignes du professionnel de santé. L'attelle ne peut être lavée ou portée dans l'eau que si le professionnel de santé autorise le patient à la desserrer ou à la retirer. Dans le cas contraire, il ne faut pas mouiller l'attelle et la peau.

- Mettre l'attelle sèche et propre dans un sac Exos® pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce que l'attelle puisse être pliée. L'attelle ne devrait pas être trop chaude. Il faut pouvoir la manier confortablement.
- Laisser sécher la peau et entièrement sèche avant application.
- Placer l'attelle sur le patient. (Figure 5)
- Ajuster la poignée Boa® en la serrant. Il ne devrait pas y avoir de jeu.

Attention : Ne pas trop serrer l'attelle avant qu'elle n'ait atteint la température ambiante. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager le plastique.

- Mouler l'attelle sur la main jusqu'à obtention de la position souhaitée. (Figure 6)
- Ajuster les sangles auto-agrippantes jusqu'à obtention de la position souhaitée.
- Une fois l'attelle refroidie et durcie, le jeune Boa® peut être resserré jusqu'à obtention de la tension souhaitée.

Avertissement: L'attelle ne doit pas être trop serrée. Cela pourrait appliquer une force mécanique excessive ou provoquer des cisaillements sur la peau. (Figure 7)

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET DE STOCKAGE POUR LE PATIENT :

- Desserrer ou retirer l'attelle selon les consignes du professionnel de santé. L'attelle ne peut être lavée ou portée dans l'eau que si le professionnel de santé autorise le patient à la desserrer ou à la retirer. Dans le cas contraire, il ne faut pas mouiller l'attelle et la peau.

- Laver à la main l'intérieur et l'extérieur de l'attelle ainsi que la peau à l'eau (30 °C) et au savon antibactérien. (Figure 8)
- Rincer soigneusement à l'eau.

REMARQUE : si le produit n'est pas suffisamment rincé, les résidus de savon peuvent provoquer des irritations et endommager le matériau.

- Utiliser un sèche-cheveux réglé sur un souffle puissant et froid pour sécher soigneusement l'intérieur de l'attelle et la peau. (Figure 9) Il est impératif que la surface interne de l'attelle et la peau en-dessous soient complètement séchées après avoir été dans l'eau. La propreté et l'environnement sec à l'intérieur de l'attelle permettront de garder une peau saine et de limiter les odeurs et les problèmes cutanés.
- Desserrer l'attelle. (Figure 10) Les attelles EXOS® sont supposées exercer une légère pression, sans serrer la peau. Prévoir un peu d'espace à l'intérieur d'une attelle EXOS® facilite la circulation de l'air et permet de garder la peau saine et saine. Une attelle trop serrée entraîne des cisaillements ou des pressions sur la peau pendant les mouvements et peut provoquer des irritations, des rougeurs, des odeurs ou des problèmes cutanés. Porter une attelle desserrée réduit le maintien et peut compromettre la guérison.

COMPOSITION DES MATÉRIAUX

Mousse EVA, élastanne, nylon, terpolymère, polyester, acier, résine nylon 6/6, traitement antimicrobien, polycarbonate, élastomère thermoplastique, polyoxyméthylène.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

UTILIZACIÓN PREVISTA

El soporte para dedos EXOS 4 está destinado a pacientes que requieren inmovilización de reposo de la mano y los dedos. El soporte de cuatro dedos EXOS es personalizable y proporciona tanto soporte como protección para la mano y cuatro dedos.

CONTRA-INDICACIONES

Pacientes con alergias conocidas a las espumas, los adhesivos o los productos de plástico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las instrucciones para colocarse, abrir, cerrar o quitarse la muñequera debe proporcionarlas un profesional sanitario.

- La muñequera debe ser colocada un profesional sanitario cualificado.
- No calentar el bastón en el cuerpo.
- Cerciórese de que la muñequera no está demasiado caliente antes de su aplicación.
- La talla de la muñequera debe ser adecuada para asegurar un buen apoyo y un buen funcionamiento.
- Se ha de prestar especial atención en el caso de pacientes con piel delicada o dañada, sobre todo los ancianos, para evitar que la muñequera quede demasiado apretada, lo que podría causar presión y desgarros de los tejidos frágiles. DEBERÁ EXPLICARSE A LOS PACIENTES CÓMO SE APLICA UNA TENSIÓN APROPIADA DURANTE EL USO CONTINUADO DE LA MUÑEQUERA. Se puede utilizar una funda de tejido elástico o un manguito debajo de la muñequera, para mayor protección.
- No calentar los productos Exos® por encima de 100 °C.
- Si la muñequera no se adapta bien o le provoca irritación, un profesional sanitario puede volver a darle forma y ajustarla.
- Si el paciente experimenta dolor, inflamación, cambios de percepciones sensoriales o de toute autre réaction inhabituelle lors de l'utilisation de ce produit, consulte immédiatement un professionnel de santé.
- Il convient de demander au patient d'inspecter le produit afin de détecter les éventuelles fissures ou brèches, et d'informer un professionnel de santé pour obtenir un remplacement du produit.
- Il convient d'informer le patient sur les méthodes de nettoyage et de séchage appropriées (voir les instructions de nettoyage pour le patient ci-dessous).
- Il convient de demander au patient de ne pas exposer l'attelle à des températures supérieures à 55 °C, car celle-ci pourrait s'assouplir et perdre sa forme.
- Il convient de demander au patient de ne pas exposer l'attelle à des hydratants, des produits chimiques ou des solvants, car ceux-ci risquent d'affecter sa durabilité.
- Si l'attelle est mise en place avec un anneau de verrouillage, le patient ne doit pas mouiller l'attelle.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LACEADO BOA® :

Para aflojar la Boa®:

Levante el botón Boa® (Figura 1) + Tire de la lengüeta. (Figura 2)

Para cerrar y apretar la Boa®:

Presione el botón Boa® (Figura 1) + Gire el botón Boa® en el sentido de las agujas del reloj. (Figura 3)

El botón Boa® debe estar en la posición bajo y bloqueada durante el uso de la orteses.

CALENTAMIENTO Y COLOCACIÓN:

Abra y desplegue la orteses. (Figura 4)

Nota: Las ortesis de mayor tamaño se embalan con las secciones de los dedos plegados longitudinalmente. No desplegue los dedos hasta que la ortesis se haya calentado completamente.

- La temperatura de calentamiento adecuada es de 93 °C.
- Caliente la ortesis en un horno recomendado Exos® aproximadamente 5 minutos o hasta que la ortesis sea flexible. La ortesis no debe estar demasiado caliente para que se pueda manejar con comodidad.
- Asegúrese de que la piel esté completamente seca antes de la aplicación.
- Coloque la ortesis en el paciente. (Figura 5)
- Tense las costuras apretando el botón Boa®.

Cuidado: no apriete completamente la orteses hasta que haya vuelto a la temperatura ambiente, de lo contrario podría aparecer hendiduras en el plástico.

- Moldee la ortesis hasta conseguir la posición deseada. (Figura 6)
- Fije las correas de sujeción en la posición deseada.
- Una vez que la ortesis se ha endurecido, puede apretar el botón Boa® hasta lograr la tensión deseada.

Advertencia: la ortesis no se debe dejar demasiado ajustada. De lo contrario, podría producirse una fuerza mecánica excesiva o fuerzas de cizalla sobre la piel. (Figura 7)

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO PARA EL PACIENTE:

- Afloje o quítese la muñequera como le indique su profesional sanitario. La muñequera puede lavarse o utilizarse al nadar o bañarse solo si el profesional sanitario permite al paciente aflojar o quitarse la muñequera. En caso contrario, el paciente no puede dejar que la muñequera o la piel se moje.

- Lave a mano el interior y el exterior de la muñequera y la piel con jabón antibacteriano y agua (30 °C). (Figura 8)
- Enjuague bien con agua.

NOTA: si no se enjuaga correctamente, los restos de jabón pueden ocasionar irritación y deteriorar el material.

- Utilice un secador de pelo a potencia elevada y con aire frío para secar bien el interior de la muñequera y la piel. (Figura 9) Es imprescindible que la superficie interna de la muñequera y la piel del paciente estén completamente secas después de ponerse el bañador. Un interior de la muñequera limpio y seco ayuda a mantener la piel sana y a reducir los olores y problemas cutáneos.
- Vuelva a apretar la muñequera. (Figura 10) Las muñequeras Exos® están supuestas ejercer una ligera presión, sin apretar la piel. Prever un poco de espacio a lo largo de la muñequera Exos® ayuda a mantener la piel sana y a reducir los olores y problemas cutáneos. Una muñequera demasiado apretada presiona o "jalea" la piel durante el movimiento y puede producir irritación, sarpullido, olor o problemas cutáneos. En cambio, una muñequera demasiado floja reduce el soporte y puede perjudicar la curación.

COMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES

Espuma EVA, elastano, nailon, terpolímero, poliéster, acero, resina de nailon 6/6, tratamiento antimicrobiano, polycarbonato, elastómero termoplástico, polioxymethylene.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEN ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

VERWENDUNGSZWECK

Die EXOS 4 Fingerbrace ist konzipiert für Patienten die eine Immobilisierung der Hand und der 4 Finger benötigen. Die EXOS 4 Fingerbrace ist anpassbar und bietet sowohl Halt als auch Schutz der Hand und der vier Finger.

KONTRAINDIKATIONEN

Patienten mit bekannter Allergie gegen Schaumstoff, Hufmittel und/oder Kunststoffprodukte.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Eine Anleitung für das Tragen, Öffnen, Schließen und Abnehmen der Orthese wird von Ihrem Arzt oder von medizinischen Fachpersonal bereitgestellt.

- Die Orthese ist von einem qualifizierten Arzt oder von medizinischen Fachpersonal anzubringen.
- Die Orthese nicht am Körper erwärmen.
- Vor dem Anlegen darauf achten, dass die Orthese nicht zu warm ist.
- Die Größe der Orthese ist für den Patienten passend zu wählen, damit optimale Stützung und Funktion gewährleistet sind.
- Sie ist die prinzipiell passende Orthese, insbesondere bei älteren Patienten, ist darauf zu achten, die Orthese nicht zu eng anzulegen, da sich das Material ansonsten Druck auf das empfindliche Gewebe ausüben und zu Scheuerungen führen. DIE PATIENTEN SIND ÜBER DAS RICHTIGE STRAFFEN BEIM DAUERGEBRAUCH ZU INFORMIEREN. Als zusätzlicher Schutz kann ein Unterstützungsarm oder eine Schlauchbinde angelegt werden.
- Exos® Produkte nicht auf Temperaturen über 100 °C erwärmen.
- Sitzt die Orthese nicht korrekt oder reizt sie die Haut, kann sie von einem qualifizierten Arzt oder von medizinischen Fachpersonal umgeformt oder nachgearbeitet werden.
- Wenn während der Verwendung des Produktes Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsänderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, sollte sofort ein Arzt konsultiert werden.
- Der Patient sollte angewiesen werden, das Produkt auf Risiche und Risse zu überprüfen und notfalls medizinisches Fachpersonal aufsuchen, um an Ersatzteilen zu lassen.
- Der Patient sollte Anweisungen zur angemessenen Reinigung und Trocknung erhalten (siehe nachfolgende Anweisungen für Patienten zur Reinigung).
- Der Patient sollte angewiesen werden, die Orthese nicht über 55 °C zu erhitzen, da diese entweichen und ihre erwünschte Form verlieren könnte.
- Der Patient sollte angewiesen werden, die Orthese weder mit Feuchtigkeitscremes noch mit Chemikalien oder Lösungsmitteln in Kontakt zu bringen, da diese die Haltbarkeit beeinträchtigen können.
- Ist die Orthese mit einem Sicherungsring ausgerüstet, darf der Orthese nicht nass werden.

ANWENDUNG DES BOA®-SCHNÜRSYSTEMS:

Öffnen des Boa-Verschlusses®:

Den Boa® Knopf nach oben drücken (Abbildung 1) + Die Laische zieheh. (Abbildung 2)

Schließen und Straffen von Boa®:

Den Boa® Knopf herunterdrücken (Abbildung 1) + Den Boa®-Knopf im Uhrzeigersinn drehen (Abbildung 3)

Beim Tragen der Orthese muss sich der Boa® Knopf in der unteren, verriegelten Position befinden.

AUFWÄRMEN UND ANLEGEN:

Die Orthese öffnen und auffalten. (Abbildung 4)

Hinweis: Bei größeren Orthesen sind die Fingerabschnitte in der Verpackung der Länge nach gefaltet. Die Fingerabschnitte erst nach dem vollständigen Erwärmen der Orthese auffalten.

- Die empfohlene Aufwärmtemperatur beträgt ca. 93°C. Dies entspricht der Einstellung MED auf dem Exos Ofen.
- Die Orthese im Exos® empfohlenen Ofen etwa 5 Minuten lang aufwärmen bzw. so lange, bis die Orthese biegsam wird. Die Orthese soll nicht zu heiß sein, damit sie noch bequem angelegt werden kann.
- Die Haut muss vor dem Anlegen vollständig trocken sein.
- Die Orthese am Patienten anlegen. (Abbildung 5)
- Die Schnürung mit dem Boa® Knopf first anziehen.

Achtung: Der Orthese erst dann vollständig straffen, wenn sie wieder Raumtemperatur angenommen hat. Ansonsten können Einkerbungen im Kunststoff auftreten.

- Die Orthese in die gewünschte Position formen. (Abbildung 6)
- Die Klettverschlüsse in die gewünschten Position fixieren.
- Nach dem Aushärten der Orthese kann der gewünschte Straffung mit dem Boa® Knopf eingestellt werden.

Warnung: Die Orthese darf nicht zu eng getragen werden. Dies kann zu mechanischem Druck oder zu Scherkraftbeanstrung auf der Haut führen. (Abbildung 7)

ANWEISUNGEN FÜR DEN PATIENTEN ZUR REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG:

- Die Orthese wie vom Arzt angewiesen öffnen oder abnehmen. Die Orthese darf nur gewaschen und beim Schwimmen oder Baden getragen werden, wenn der Arzt dem Patienten gestattet hat, die Orthese zu öffnen und abzuwehmen. Andernfalls dürfen Orthese und Haut nicht nass werden.

- Lavare la parte interna ed esterna del tutore e la cute con sapone antibatterico e acqua (30 °C). (Figura 8)
- Sciacquare accuratamente con acqua.

NOTA: se il prodotto non viene sciacquato a fondo, i residui di sapone possono provocare irritazioni e il deterioramento del materiale.

- Servirsi di un asciugapelli con aria fredda alla massima potenza per asciugare completamente la parte interna del tutore e la cute. (Figura 9) È fondamentale che la superficie interna del tutore e la cute del paziente sottostante siano completamente asciutte dopo il nuoto o il bagno. Un ambiente pulito e asciutto all'interno del tutore consente di mantenere la cute sana riducendo i cattivi odori e problemi epidermici.
- Stringere nuovamente il tutore. (Figura 10) I tutori Exos® devono essere applicati esercitando una leggera pressione ed evitando un'aderenza eccessiva alla cute. Un piccolo spazio libero all'interno del tutore Exos® favorisce la circolazione dell'aria mantenendo la cute sana e asciutta. Un tutore eccessivamente stretto causa tensioni o pressione sulla cute durante il movimento e può causare irritazione, eruzioni cutanee, cattivi odori o problemi epidermici. Un tutore eccessivamente stretto riduce il supporto e può compromettere la guarigione.

COMPOSIZIONE DEI MATERIALI

Schiuma di etilenvinilacetato (EVA), elastan, nylon, terpolimero, poliestere, acciaio, resina a base di nylon 6/6, trattamento antimicrobico, polycarbonato, elastomero termoplastico, polioxymethylene.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

AMBITO APPLICATIVO

Il tutore Exos 4 Finger è pensato per i pazienti che necessitano di immobilizzazione e riposo per la mano e per quattro dita. Il tutore Exos 4 Fingerbrace è personalizzabile e fornisce sia protezione che supporto rigido per la mano e per quattro dita.

CONTROINDICAZIONI

Pazienti con allergie note a schiume, adesivi o prodotti in plastica.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La istruzioni per l'applicazione, l'apertura, la chiusura o la rimozione del tutore devono essere fornite da un operatore sanitario.

- Il tutore deve essere applicato da un professionista sanitario qualificato.
- Non scaldare il tutore sul corpo.
- Accertarsi che il tutore non sia troppo caldo prima dell'applicazione.
- Il tutore deve essere della taglia adatta al paziente per garantire supporto e funzionamento adeguati.
- Bisogna prestare una particolare attenzione ed il caso di pazienti con pelle delicata o compromessa, in particolare gli anziani, senza stringere eccessivamente la pelle fragile. PER TALE MOTIVO I PAZIENTI DEVONO ESSERE DOTATI DI ISTRUZIONI SUL TENSIONAMENTO APPROPRIATO DURANTE L'USO CONTINUATO. Per una maggiore protezione, le possibile utilizzare un sottomanica o una calza.
- Exos® products must not be heated to 100 °C and beyond.
- Se il tutore non viene posizionato correttamente oppure causa irritazione, può essere rimodellato e adattato da un professionista sanitario.
- Se il paziente avverte dolore, gonfiore, cambiamenti nella sensibilità o qualsiasi reazione incorrerà durante l'uso di questo prodotto, rivolgersi immediatamente a un professionista sanitario.
- Il paziente deve essere informato di controllare il tutore per eventuali presenza di spaccature e fenditure, e di rivolgersi a un professionista sanitario per la sostituzione del prodotto, se necessario.
- È necessario comunicare al paziente le opportune istruzioni per la pulizia e l'asciugatura del tutore (vedere le istruzioni per la pulizia da parte del paziente riportate di seguito).
- Occorre informare il paziente che il tutore non deve essere esposto a una temperatura superiore a 55 °C, in modo da evitare che il materiale si rammollisca e/o eccessivamente e il prodotto perda la forma desiderata.
- Al paziente deve essere raccomandato di non esporre il tutore a idratanti, sostanze chimiche o solventi, per evitare di comprometterne la durata.
- Se il tutore viene applicato con un anello di blocco, il paziente deve evitare di bagnare il tutore.

UTILIZZO DEL SISTEMA DI ALLACCIATURA BOA®:

Per aprire il sistema Boa®:

Sollevare la manopola Boa® (Figura 1) + Tirare la linguetta. (Figura 2)

Per chiudere e stringere il sistema Boa®:

Spingere la manopola Boa® verso il basso (Figura 1) + Ruotare la manopola Boa® in senso orario. (Figura 3)

Quando si indossa il tutore, la manopola Boa® deve trovarsi in posizione bloccata e rivolta verso il basso.

RISCALDAMENTO E APPLICAZIONE:

Aprire e distendere il tutore. (Figura 4)

Nota: i tutori più grandi sono confezionati con le sezioni delle dita piegate nel senso della lunghezza. Non distendere le dita fino al completo riscaldamento del tutore.

- La temperatura di riscaldamento appropriata è 93 °C.
- Scaldare il tutore* nel forno consigliato per circa 5 minuti o finché il tutore è flessibile. Il tutore non deve essere troppo caldo per una manipolazione confortevole.
- Accertarsi che la pelle sia completamente asciutta prima dell'applicazione.
- Applicare il tutore al paziente. (Figura 5)
- Stringere l'allacciatura serrando la manopola Boa®.

Attenzione: per evitare la formazione di dentellature sulla plastica, non stringere a fondo finché il tutore non è tornato a temperatura ambiente.

- Modellare il tutore nella posizione desiderata. (Figura 6)
- Le chiusure a strappo auto-aderenti devono essere fissate nella posizione desiderata.
- Dopo che il tutore si sarà indurito, la manopola Boa® può essere stretta nel tutore con la tensione desiderata.

Avvertenza: Il tutore non deve essere stretto eccessivamente in quanto ciò può produrre una forza meccanica o forze di taglio eccessive sulla pelle. (Figura 7)

ISTRUZIONI PER LA POLIZIA E LA CONSERVAZIONE DA PARTE DEL PAZIENTE:

- Allentare o rimuovere il tutore come indicato dal professionista sanitario. Il tutore può essere lavato o applicato mentre si nuota o si fa il bagno solo se il professionista sanitario consente al paziente di allentare o rimuovere il tutore. In caso contrario, il paziente non può bagnare il tutore e la cute.

- Lavare la parte interna ed esterna del tutore e la cute con sapone antibatterico e acqua (30 °C). (Figura 8)
- Sciacquare accuratamente con acqua.

NOTA: se il prodotto non viene sciacquato a fondo, i residui di sapone possono provocare irritazioni e il deterioramento del materiale.

- Usare un asciugapelli con aria fredda alla massima potenza per asciugare completamente la parte interna del tutore e la cute. (Figura 9) È fondamentale che la superficie interna del tutore e la cute del paziente sottostante siano completamente asciutte dopo il nuoto o il bagno. Un ambiente pulito e asciutto all'interno del tutore consente di mantenere la cute sana riducendo i cattivi odori e problemi epidermici.
- Stringere nuovamente il tutore. (Figura 10) I tutori Exos® devono essere applicati esercitando una leggera pressione ed evitando un'aderenza eccessiva alla cute. Un piccolo spazio libero all'interno del tutore Exos® favorisce la circolazione dell'aria mantenendo la cute sana e asciutta. Un tutore eccessivamente stretto causa tensioni o pressione sulla cute durante il movimento e può causare irritazione, eruzioni cutanee, cattivi odori o problemi epidermici. Un tutore eccessivamente stretto riduce il supporto e può compromettere la guarigione.

COMPOSIZIONE DEI MATERIALI

Schiuma di etilenvinilacetato (EVA), elastan, nylon, terpolimero, poliestere, acciaio, resina a base di nylon 6/6, trattamento antimicrobico, polycarbonato, elastomero termoplastico, polioxymethylene.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEBRUIKT. JUIST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

BEOOGD GEBRUIK

De EXOS 4 vingerbrace is bedoeld voor patiënten die immobilisatie en rust van de hand en vier vingers nodig hebben. De EXOS 4-vingerbrace is aanpasbaar en biedt zowel rigide ondersteuning en bescherming voor de hand en vier vingers.

CONTRA-INDICATIES

Patiënten met bekende allergieën voor schuimplastic, kleefstoffen of andere plastic producten.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Instructies voor het dragen, openen, sluiten of verwijderen van de brace moeten worden gegeven door een medisch zorgverlener.

- Orthèse mo











DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

ANVENDELSESOMRÅDE
EXOS 4-finger support er beregnet til patienter, der kræver immobilisering og aflastning af hånden og fire finger. EXOS fingerhjælper support, kan tilpasses og giver både stabil støtte og bevægelsefrihed for hånden og fire finger.

KONTRAINDIKATIONER
Patienter med kendte allergier over for skummaterialer, klæbemidler eller plastprodukter.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
Anvisninger vedrørende brug, åbning, lukning og fjernelse af skinnen bør gives af en sundhedsmedarbejder.

- Skinnen skal pålægges af en kvalificeret sundhedsmedarbejder.
- Skinnen må ikke sættes på hulen.
- Kontrollér, at skinnen ikke er for varm, før den anvendes.
- Skinnerne skal være rette stærmlos i forhold til patienten for at kunne skire korrekt støtte og funktion.
- Vær ekstra omhyggelig med patienter, der har sat eller udsat hud, særligt ældre, og undgå at fastspænde skinnen for hårdt, da det KAN forårsage tryk og snit i sart væv. PATIENTER SKAL MODTAGE ANVISNINGER I KORREKT TILSPÆNDING VED VEDVARENDE BRUG. Der kan anvendes et underarme eller stockkvette som ekstra beskyttelse.
- Exos® produktet må ikke opvarmes til mere end 100 °C.
- Ikke dæmpe ikke sidder korrekt, eller den irriterer. Kan den omfirmes og justeres af en sundhedsmedarbejder.
- Hvis patienten oplever smerter, hævelser, sensorisk forandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af produktet, skal sundhedsmedarbejderen straks kontaktes.
- Patienter skal instruere om at de ikke er brud eller revner, og informeres om at kontakte en sundhedsmedarbejder for at få skinnen udskiftet.
- Patienter skal modtage anvisninger i korrekt rengøring og tørring (se Rengøringsvejledninger til patienten nederfor).
- Patienten skal instruere i ikke at udsætte skinnen for temperaturer over 55 °C, da skinnen kan blive blød og miste den ønskede form.
- Patienten skal instruere i ikke at udsætte skinnen for fugtighedscremer, kemikalier eller opløsningsmidler, da de kan påvirke holdbarheden.
- Hvis skinnen anvendes med en Ulcering, skal patienten sørge for, at skinnen ikke bliver våd.

BETJENING AF BOA® SNORESYSTEM:
Lukning af BoA®:
Luft BoA® knappen (Figur 1). • Trække i stroppen (Figur 2).
Lukning og tilspænding af BoA®:
Tryk BoA®-knappen ned (Figur 1). • Drej BoA®-knappen med uret (Figur 3).
BoA® knappen skal være i nedslat position, når skinnen anvendes.

OPVARMNING OG ANVENDELSE:
Åbn skinnen og fold den ud (Figur 4).
Bemærk: Større skinner er pakket med fingerdelene foldet på langs. Fold ikke fingerne ud, før skinnen er helt opvarmet.

- Korrekt opvarmningstemperatur er 93 °C.
- Opvarm skinnen i en Exos anbefalede ovn i ca.5 minutter, eller indtil den kan bøjes. Skinnen bør ikke være for varm under forming.
- Sæg for, at huden er tørt tør, før den påsættes.
- Sæt skinnen på patienten (Figur 5).
- Strøm svampdækket ved at drejr BoA®-knappen.

Forsigtig: Spænd ikke skinnen helt, før den har fået staetemperatur. I modsat fald kan der forekomme buler i plastikken.

- Form skinnen til den ønskede position (Figur 6).
- Fastgørelsesremme til krog og løkke bør fastgøres i den ønskede position.
- Når skinnen er hærdet, kan BoA® knappen strammes til den ønskede spænding.

Advarsel: Skinnen bør ikke anvendes for strømt. Dette kan producere overdreven mekanisk kraft eller snit på huden. (Figur 7).

RENGØRINGS- OG OPBEVARINGSVINKLER TIL PATIENTEN:

- Lavo eller fjern skinnen ved at følge sundhedsmedarbejderens anvisninger. Skinnen må kun vaskes eller anvendes ved svømning eller badning, hvis sundhedsmedarbejderen giver patienten tilladelse til at lavne eller fjerne skinnen. I modsat fald skal patienten undgå, at skinnen og huden bliver våde.

- Vask skinnen inder- og udvendig i hånden med antibakterisk sæbe og vand (10 °C) (Figur 8).
- Skyl grundigt med vand.

BEMÆRK: Hvis produktet ikke skyles grundigt, kan eventuelle sæbestoffer forårsage irritation og ødelægge materialet.

- Brug en hårtørrer, der er indstillet på høj volumen - og kølemiddelfrig, for grundigt at tørre skinnen inderside og huden (Figur 9). Den er også egnet til, at den indvendige side af skinnen og patientens hud nedenunder er helt tørre efter svømning eller badning. Et ren og tørt miljø er nødvendigt for at undgå, at der bevarer sand hud og reducere lugt og hudproblemer.
- Tilspænd skinnen igen (Figur 10). Exos® skinner skal anvendes med let tryk og ikke for tæt på huden. Lidt "mikkeplads" inde i en Exos® skinne fremmer luftcirkulationen og hjælper med at holde huden tør og sund. En skinne, der er spændt for stram, "inttier" huden eller øger tryket på huden under bevægelse, hvilket kan medføre irritation, udslæt, lugt eller hudproblemer. Er skinnen for lav, reduceres støtte, og det kan gå ud over helbredet.

MATERIALEINDHOLD
EVA-skum, elastan, nylon, terpolymer, polyester, stål, nylon 6/6-harpiks, antimikrobiel behandling, polycarbonat, termoplastisk elastomer, polyoxymethylen.

IKKE FREMSTILLET MED NATURLIG GUMMI LATEX

TILTÆNKT BRUG PÅ EN ENKELT PATIENT

GARANTI Op til seks måneder efter købsdatoen vil DJO, LLC helt eller delvist reparere eller udskifte udstyret og dets tilbehør i tilfælde af fejl i materialer eller udførelse.

ERKLÆRING: SELVOM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FORENEDE MAKSIMALE FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMMELIGHED, ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNDGÅ LÆSIONER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
EXOS 4-finger support är avsedd för patienter som är i behov av immobilisering och avlastning av handen och fyra fingrar. Ortosen är förmåe och stärkar samt skyddar handen och fingrarna.

VASTA-ANHET
Produkt, som bedöms det av allergiska vaahdolle, lima-ainelle tai muovituotteille.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET
Terveydenhuolon ammattilaisen tulee neuvoa, miten taki laitetaan päälle, avataan, suljetaan tai poistetaan.

- Tuen saa asettaa vain pätevä terveydenhuolon ammattilainen.
- Tukea ei saa lämmittää, kun se on paikallaan.
- Varmista ennen muotoon lekutan tuen asettamista, ettei se ole liian kuuma.
- Tuen täytyy olla oppuraakoiksenen potilaalle, jotta se tukee riittävästi ja toimii oikealla tavalla.
- Varovaisuutta on noudatettava, kun tukea asetetaan potilaille, jiiden ihn on herkkä tai hauraanen, erityisesti vanhuksille; tukea ei saa asettaa liian kireälle, sillä se SAATTAA puristaa tai hertää herkkiä kudosta. JOS TUKEA KÄYTETÄÄN PITKÄNAIKAISESTI, POTILAILLE ON NEUVOTTAVA, MITEN TUKI KIIRISTÄÄN. Alushiua tai trikoota voidaan käyttää tuomaan lisäsuojaa.
- Exos® -tuotteita ei saa lämmittää yli 100 °C:n lämpötilaan.
- Jos tuki ei ole kunnolla paikallani tai ärsyttää, terveydenhuolon ammattilainen voi muokata sen muotoa ja säätää sen sopivammaksi.
- Jos potilas kokee tätä tuotetta käytettäessään kipua, turvotusta, tunnon muutoksia tai muita epätavallisia reaktioita, on otettava heti yhteyttä terveydenhuolon ammattilaiseen.
- Potilasta pitää opettaa tarkastamaan tuki murtumien ja säröjen varalta, ja häiret pitää ohjata tapauksen terveydenhuolon ammattilaiseen tuen vaihtoa varten.
- Potilaalle on annettava ohjeet laittaen oikeanlaista puhdistusta ja kuivausta varten (Ks. Puhdistus- ja säilytysohjeet potilaalle).
- Potilaalle pitää kertoa, ettei hän saa altistaa tukea yli 55 °C:n kuumuudelle, koska tuki voi pehmetä tai menettää halutun muodon.
- Potilaalle pitää kertoa, ettei tukea saa altista kosteutusvoiille, kemikaaleille tai liuottimille, sillä nämä voivat heikentää tuen kestoa.
- Jos tuen kanssa käytetään haavoranrgasta, tukea ei saa päästää kostumaan.

BOA®-NAUHASIDONTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄMINEN:
Boa®:n käyttäminen:
Nosta BoA®-nuppi ylös. (Kuva 1) • Vedä läpistä. (Kuva 2)
Boa®:n sulkeminen ja kiristäminen:
Paina BoA®-nuppi alas. (Kuva 1) • Käännä BoA®-nuppia myötäpäivään. (Kuva 3)
BoA®-nupin täytyy olla alas kaikissa asennoissa, kun tukea käytetään.

KUUMENTAMINEN JA ASETTAMINEN:
Avaa ja laitoile tuki auki. (Kuva 4)
Huomautus: Suuremmissa tuissa on sormiosat, jotka on taitettu pituussuunnassa. Älä taivuta sormiosia esiin, ennen kuin tuki on täysin kuumenettu.

- Sopiva lämmityslämpötila on 93 °C.
- Lämmitä tukea Exos® suositeltu uuni noin viisi minuuttia tai kunnes tuki on taipuisa. Tuen ei pitäisi olla liian kuuma, jotta sitä voi käsitellä mukavasti.
- Varmista, että potilaan ihn on täysin kuiva ennen tuen asettamista.
- Sovita tuki potilaalle. (Kuva 5)
- Poista nauhan läppys kiristämällä BoA®-nuppi.

Huomautus: Älä kiristä tukea täysin, ennen kuin tuki on pulunut huoneilmpötilaan. Muuten muovilo voi tulla painauma.

- Muotoile tuki halutunlaiseksi. (Kuva 6)
- Koukku- ja silmukkakiinnitysihmat on kiinnettävä halutuun asentoon.
- Kun tuki on kovettunut, BoA®-nuppi voidaan kiristää halutulle kireydelle.

Varoitus: Tukea ei saa käyttää liian tiukalla. Tämä voi aiheuttaa iliälisia mekaanisia voimia tai vetoveimia ihoon. (Kuva 7)

PUHDISTUS- JA SÄILYTYSOHJEET POTILAALLE:

- Tuen saa käyneistä tai irottaa ammattisen terveydenhuolon ammattilaisen neuvomalla tavalla. Tuen saa pestä tai sitä saa käyttää uiessa tai suihkussa vain, jos lääkäri antaa luvan käyneistä tukea tai irottaa sen kokonaan. Jos lääkäri kieltää tuen käyneistämisen tai irottamisen, sitä ja ihoa ei saa päästää kostumaan.

- Pese tuen sisä- ja ulkopuoli ja iho antibakteerisella saippualla ja vedellä (30 °C). (Kuva 8)
- Huuhtele huolellisesti vedellä.

HUOMAUTUS: Jos tuotetta ei huuhdella huolellisesti, saippuajäämät voivat aiheuttaa ärsytystä ja haurastuttaa materiaalia.

- Kuivaa tuen sisäpinta ja ihn huoteenkuivaajalla, käytä huoteenkuivaajaa suoremmalla tehoilla ja vilkian ilman asetuksella. (Kuva 9) Tuen sisäpinta ja tuen alla oleva ihn on aina kuivattava täysin kuiviksi ennnen tai pesyetymisen jälkeen. Kun tuen sisäpinta pysyy kuivana ja puhtaana, ihn säilyt terveinä eikä ihon haju- ja mutta ongelmia tule.
- Kiinnitä tuki takaisin paikalleen. (Kuva 10) Exos® -tukia on tarkoitus käyttää niin, että ne painavat kevyesti mutteivät puristaa liikaa ihua. Kun Exos® -tuen sisälle jäänsään vähän liikkumavaraa, tuetuuan kohdan vereniiertö ei häiriinny ja ihn pysy sopivan kuivana eikä vahingoitu. Jos tuki on kiinnittety liian kireälle ja tuetuuaa kohtaa liikuetaan, ihoon saattaa kehittua liikkuvaivoina tai painetta, mikä voi aiheuttaa ihnärtymistä, kutinaa, ihon haisemista ja mutta ihn-ongelmia. Jos taas tuki kiinnitetään liian löysälle, se ei tue kunnolla ja voi haitata parantumista.

AINESSISÄLTÖ
EVA-vaahtomuovi, elastaani, nylon, terpolymeeri, polyesteri, teräs, nylon 6/6-harpa, antimikrobieen käsittely, polykarbonaatti, termoplastinen elastomeeri, polyoxymetyleen.

EJ TILLVERKAD AV NATURGUMMI (LATEX)

AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ EN ENDA PATIENT.

GARANTI DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum.

OBS! ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKE, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMNAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

KÄYTTÖTARKOITUS
Exos 4-tuki on tarkoitettu kämmenen sekä 4 ormen immobilisointiin. EXOS 4 tuki on yksilöllisesti muokattava. Se tarjoaa hyvän tuennan ja suojan sekä kämmenelle, että 4 sormelle.

VASTA-AIHEET
Produkt, joiden tiedetään olevan allergisia vaahdolle, lima-aineille tai muovituotteille.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

- Terveydenhuolon ammattilaisen tulee neuvoa, miten taki laitetaan päälle, avataan, suljetaan tai poistetaan.
- Tuen saa asettaa vain pätevä terveydenhuolon ammattilainen.
- Tukea ei saa lämmittää, kun se on paikallaan.
- Varmista ennen muotoon lekutan tuen asettamista, ettei se ole liian kuuma.
- Tuen täytyy olla oppuraakoiksenen potilaalle, jotta se tukee riittävästi ja toimii oikealla tavalla.
- Varovaisuutta on noudatettava, kun tukea asetetaan potilaille, jiiden ihn on herkkä tai hauraanen, erityisesti vanhuksille; tukea ei saa asettaa liian kireälle, sillä se SAATTAA puristaa tai hertää herkkiä kudosta. JOS TUKEA KÄYTETÄÄN PITKÄNAIKAISESTI, POTILAILLE ON NEUVOTTAVA, MITEN TUKI KIIRISTÄÄN. Alushiua tai trikoota voidaan käyttää tuomaan lisäsuojaa.
- Exos® -tuotteita ei saa lämmittää yli 100 °C:n lämpötilaan.
- Jos tuki ei ole kunnolla paikallani tai ärsyttää, terveydenhuolon ammattilainen voi muokata sen muotoa ja säätää sen sopivammaksi.
- Jos potilas kokee tätä tuotetta käytettäessään kipua, turvotusta, tunnon muutoksia tai muita epätavallisia reaktioita, on otettava heti yhteyttä terveydenhuolon ammattilaiseen.
- Potilasta pitää opettaa tarkastamaan tuki murtumien ja säröjen varalta, ja häiret pitää ohjata tapauksen terveydenhuolon ammattilaiseen tuen vaihtoa varten.
- Potilaalle on annettava ohjeet laittaen oikeanlaista puhdistusta ja kuivausta varten (Ks. Puhdistus- ja säilytysohjeet potilaalle).
- Potilaalle pitää kertoa, ettei hän saa altistaa tukea yli 55 °C:n kuumuudelle, koska tuki voi pehmetä tai menettää halutun muodon.
- Potilaalle pitää kertoa, ettei tukea saa altista kosteutusvoiille, kemikaaleille tai liuottimille, sillä nämä voivat heikentää tuen kestoa.
- Jos tuen kanssa käytetään haavoranrgasta, tukea ei saa päästää kostumaan.

BOA®-NAUHASIDONTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄMINEN:
Boa®:n käyttäminen:
Nosta BoA®-nuppi ylös. (Kuva 1) • Vedä läpistä. (Kuva 2)
Boa®:n sulkeminen ja kiristäminen:
Paina BoA®-nuppi alas. (Kuva 1) • Käännä BoA®-nuppia myötäpäivään. (Kuva 3)
BoA®-nupin täytyy olla alas kaikissa asennoissa, kun tukea käytetään.

KUUMENTAMINEN JA ASETTAMINEN:
Avaa ja laitoile tuki auki. (Kuva 4)
Huomautus: Suuremmissa tuissa on sormiosat, jotka on taitettu pituussuunnassa. Älä taivuta sormiosia esiin, ennen kuin tuki on täysin kuumenettu.

- Sopiva lämmityslämpötila on 93 °C.
- Lämmitä tukea Exos® suositeltu uuni noin viisi minuuttia tai kunnes tuki on taipuisa. Tuen ei pitäisi olla liian kuuma, jotta sitä voi käsitellä mukavasti.
- Varmista, että potilaan ihn on täysin kuiva ennen tuen asettamista.
- Sovita tuki potilaalle. (Kuva 5)
- Poista nauhan läppys kiristämällä BoA®-nuppi.

Huomautus: Älä kiristä tukea täysin, ennen kuin tuki on pulunut huoneilmpötilaan. Muuten muovilo voi tulla painauma.

- Muotoile tuki halutunlaiseksi. (Kuva 6)
- Koukku- ja silmukkakiinnitysihmat on kiinnettävä halutuun asentoon.
- Kun tuki on kovettunut, BoA®-nuppi voidaan kiristää halutulle kireydelle.

Varoitus: Tukea ei saa käyttää liian tiukalla. Tämä voi aiheuttaa iliälisia mekaanisia voimia tai vetoveimia ihoon. (Kuva 7)

PUHDISTUS- JA SÄILYTYSOHJEET POTILAALLE:

- Tuen saa käyneistä tai irottaa ammattisen terveydenhuolon ammattilaisen neuvomalla tavalla. Tuen saa pestä tai sitä saa käyttää uiessa tai suihkussa vain, jos lääkäri antaa luvan käyneistä tukea tai irottaa sen kokonaan. Jos lääkäri kieltää tuen käyneistämisen tai irottamisen, sitä ja ihoa ei saa päästää kostumaan.

- Pese tuen sisä- ja ulkopuoli ja ihn antibakteerisella saippualla ja vedellä (30 °C). (Kuva 8)
- Huuhtele huolellisesti vedellä.

HUOMAUTUS: Jos tuotetta ei huuhdella huolellisesti, saippuajäämät voivat aiheuttaa ärsytystä ja haurastuttaa materiaalia.

- Kuivaa tuen sisäpinta ja ihn huoteenkuivaajalla, käytä huoteenkuivaajaa suoremmalla tehoilla ja vilkian ilman asetuksella. (Kuva 9) Tuen sisäpinta ja tuen alla oleva ihn on aina kuivattava täysin kuiviksi ennnen tai pesyetymisen jälkeen. Kun tuen sisäpinta pysyy kuivana ja puhtaana, ihn säilyt terveinä eikä ihon haju- ja mutta ongelmia tule.
- Kiinnitä tuki takaisin paikalleen. (Kuva 10) Exos® -tukia on tarkoitus käyttää niin, että ne painavat kevyesti mutteivät puristaa liikaa ihua. Kun Exos® -tuen sisälle jäänsään vähän liikkumavaraa, tuetuuan kohdan vereniiertö ei häiriinny ja ihn pysy sopivan kuivana eikä vahingoitu. Jos tuki on kiinnittety liian kireälle ja tuetuuaa kohtaa liikuetaan, ihoon saattaa kehittua liikkuvaivoina tai painetta, mikä voi aiheuttaa ihnärtymistä, kutinaa, ihon haisemista ja mutta ihn-ongelmia. Jos taas tuki kiinnitetään liian löysälle, se ei tue kunnolla ja voi haitata parantumista.

AINESOSAT
EVA-skum, spandex, nylon, terpolymer, polyester, stål, nylonhartsjärn (6/6), antibakteriell behandling, polykarbonat, termoplastisk elastomer, polyoxymeten.

VALMISTUKSESSA EI OLE KÄYTETTY LUONNONKUMILATEKSIA

VAIN YHDEN POTILAAN KÄYTTÖÖN

TAKUU DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä.

HUOMAUTUS
VAIKKA UUSIMPIA TEKNIIKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRITTY VARMISTAMAAN, ETTÄ TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTÄVYYS JA MUKAVUUS OLISIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUITA EI ANNETA SITÄ, ETTÄ VAHINKO VOITAISIIN ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILTENKT BRUK
Produkt, som bedømmer er tilbørlet pasienter som har behov for immobilisering og støtte for hånden og fire finger. EXOS 4 finger support, tilpasses og leverer, både en hard støtte og bevegelsefre for både hånd og finger.

KONTRAINDIKASJONER
Pasienter med kjente allergier mot skum, klebemidler eller plastprodukter.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
Instruksjoner for bruk, åpning, lukking eller fjerning av skinnen skal gis av helsepersonell.

- Skinnen må settes på av kvalifisert helsepersonell.
- Ikke varm opp skinnen på kroppen.
- Kontroller at skinnen ikke er for varm før den settes på.
- Skinnens størrelse skal tilpasses pasienten for å sikre at den gir korrekt støtte og funksjoner som den skal.
- Vis varsomhet hvis pasienten har en eller avdekket hud, noe som særlig kan gjelde eldre, og unngå å sette skinnen for tett på du dette KAN føre til tryk og snitt i sart vev. PASIENTENE MÅ INFORMERES OM FORKORET TILSPANNING VED KONTINUERLIG BRUK. Er underarme eller stockkvette kan bruken for ekstra beskyttelse.
- Ikke varm opp Exos® produktet over 100 °C.
- Hvis skinnen ikke passer godt eller irriterer, kan den tilpasses og justeres av helsepersonell.
- Hvis pasienten opplever smerter, oppblomning, endret følsomhet eller andre uvanlige reaksjoner ved bruk av dette produktet, skal vedkommende straks ta kontakt med helsepersonell.
- Pasienten skal instruseres om å ø etter skader og sprekker, og de skal også informeres om å oppsøke helsepersonell for erstatninger.
- Pasienten skal instruseres om instruksjoner for riktig rengjøring og tørking (se pasientrengjøringsinstruksjonene under).
- Pasienten skal instruseres om å ikke eksponere skinnen for temperaturer på over 55 °C, da skinnen kan bli mykt og miste ønsket form.
- Pasienten skal instruseres om at skinnen ikke skal utsettes for fuktighetscremer, kjemikalier eller løsemidler da disse kan påvirke holdbarheten.
- Hvis skinnen settes på med en Ulcering, skal pasienten sørge for, at skinnen ikke blir våd.

BRUKE BOA® SNORESYSTEM:
Slik løsner du BoA®:
Løft opp BoA® knotten. (Figur 1) • Trekk i fliken. (Figur 2)
Slik lukker og strammer du BoA®:
Trykk BoA® knotten ned. (Figur 1) • Drei BoA® knotten med urviseren. (Figur 3)
BoA® knotten må være i ikke posisjon (ned) når skinnen brukes.

OPPVARMING OG PÅSETTING:
Åpne og brett ut skinnen. (Figur 4)
Merk: Større skinner er pakket med fingerskjæringene brettet i longderetningen. Ikke brett ut fingrene før skinnen er blitt helt oppvarmet.

- Riktig opvarmningstemperatur er 93 °C.
- Varm opp skinnen i Exos anbefalte ovn i ca. 5 minutter eller til den kan bøyes. Skinnen må ikke være for varm til å kunne håndtere.
- Pass på at huden er helt tørr før påføringen.
- Sett skinnen på pasienten. (Figur 5)
- Fjern slakk i snoren ved å strømme med BoA® knotten.

Forsiktig: Ikke trekk til skinnen helt for den har gått tilbake til romtemperatur, ellers kan det oppstå hukk i plasten.

- Form skinnen til den ønsket posisjon. (Figur 6)
- Hekte- og løkke-festremmer må sikres i ønsket posisjon.
- Når skinnen er stivnet, kan BoA® knotten strammes til for ønsket tiktramming.

Advarsel: Skinnen må ikke bæres for strømt. Dette kan medføre for stark mekanisk belastning eller skjæring i huden. (Figur 7)

INSTRUKSJONER FOR PASIENTRENGJØRING OG OPPBEVARING:

- Lavne eller fjern skinnen etter instruksjonene fra helsepersonell. Skinnen kan vaskes eller brukes mens pasienten svømmer eller badet, men kun dersom helsepersonell tillater pasienten å lavne eller fjerne skinnen. Hvis ikke kjøre ikke pasienten å få skinnen og huden våt.

- Håndvask huden og skinnen innvendig og utvendig med antibakteriell såpe og varm (30 °C). (Figur 8)
- Skyll grundig med vann.

MERK: Hvis produktet ikke skyles grundig nok, kan såperester irritere huden og forringe materialet.

- Bruk en hårtørrer satt til høy styrke og kald luft for å tørke huden og innsiden av skinnen grundig. (Figur 9) Det er absolutt nødvendig at skinnens innvendige overflate og pasientens hud under er helt tørre etter svømming eller badeg. Et rent og tørt miljø inne i skinnen er bytte til med å holde huden sunn og reduserer luft og hudproblemer.
- Stram til skinnen på nytt. (Figur 10) Exos®-skinner er ment å brukes med lett trykk og ikke tett på huden. Litt bevegelsesrom inneofir en Exos®-skinne fremmer luftsirkulasjon og hjelper til med å holde huden tørr og sunn. En skinne som er for stram, skaper "klæring" eller trykk på huden ved bevegelse, og kan føre til irritasjon, utslett, lukt eller hudproblemer. Hvis skinnen sitter for løst, vil støtten reduseres, og det kan gå ut over helsen.

MATERIALINNHOLD
EVA-skum, spandex, nylon, terpolymer, polyester, stål, nylonharpiks (6/6), antibakteriell behandling, polykarbonat, termoplastisk elastomer, polyoksymeten.

INNEHOLDER IKKE NATURGUMMILATEKS

BARE MENT FOR BRUK PÅ EN PASIENT

GARANTI DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbehør for defekter i materialer eller utførelse i en periode på 6 måneder fra salgsdatoen.

ERKLÆRING
SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KAN GJØRES MED AVANSERTE TEKNIKKER FOR Å OPPNÅ MAKSIMAL FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, ER DET INGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUKE DETTE PRODUKTET.

PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRECTA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRECTO DO DISPOSITIVO.

USO PRETENDIDO
O suporte EXOS 4 Finger destina-se a pacientes que necessitam de imobilização e descanso da mão e quatro dedos. O suporte para quatro dedos EXOS é personalizável e oferece suporte e protejo para a mão e quatro dedos.

CONTRA-INDICAÇÕES
Doentes com alergias conhecidas a espumas, adesivos ou produtos de plástico.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
As instruções para usar, abrir, fechar ou retirar a tala devem ser dadas por um profissional de saúde.
A tala deve ser aplicada por um profissional de saúde qualificado.
Não aqueça a tala no corpo.
Verifique se a tala não está muito quente antes da aplicação.
A tala deve ter um tamanho adequado ao doente, para garantir um suporte e funcionamento adequados.
Deve ser bo cuidado com os doentes com pele delicada ou comprometida, especialmente os idosos, para não apertar demasiado a tala, pois isso PODE provocar tensão e feri o tecido frágil. OS DOENTES DEVEM RECEBER INSTRUÇÕES SOBRE A TENSÃO APROPRIADA A APLICAR DURANTE A UTILIZAÇÃO. Pode-se usar uma ligadura ou uma malha tubular elástica para protecção adicional.
Não aqueces os produtos Exos® a mais do que 100 °C.
Se a tala não se adaptar adequadamente ou estiver a causar uma irritação, pode ser modificada e ajustada por um profissional de saúde.
Se o doente tiver qualquer dor, inchaço; mudanças de sensação ou qualquer reacção anormal enquanto usar este produto, consulte um profissional de saúde imediatamente.
O doente deve receber instruções para verificar a existência de rupturas ou fissuras e ser informado de que deve consultar um profissional de saúde para ser substituída.
O doente deve receber instruções quanto à limpeza e secagem apropriadas (consulte as Instruções de limpeza do doente abaixo).
O doente deve receber instruções para não expor a tala a temperaturas superiores a 55 °C, uma vez que a tala pode amolecer e perder a sua forma pretendida.
O doente deve receber instruções para não expor a tala a hidratantes, produtos químicos ou solventes, pois podem afectar a durabilidade.
Se a tala for aplicada com um anel de bloqueio, o doente não pode molhar a tala.

UTILIZAR O SISTEMA DE APERTO BOA®:
Para desapertar o sistema BoA®:
Levantar o botão BoA® (Figura 1) • Puxar a patilha. (Figura 2)